

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Magnetic stirrers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales9 W, 12 Vdc  
Supplied from external Direct plug-in Power supply PHIHONG model PSAA20R-120  
Input: 0.5 A, 100-240 V~, 50-60 Hz, class II equipment.  
Output: 1.67 A, 12 VdcTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

F203A0180xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

The "xx" in model name is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel.

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

 Additional information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

IEC 61010-1(ed.2)  
IEC 61010-2-051(ed.2)

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

307642

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 03-06-2016

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Magnetic stirrers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales4.1 W, 12 Vdc  
from external Direct plug-in Power supply PHIHONG model PSAA20R-120  
Input: 0.5 A, 100-240 V~, 50-60 Hz, class II equipment.  
Output: 1.67 A, 12 VdcTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

F203A0179xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

The "xx" in model name is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61010-1(ed.2)  
IEC 61010-2-051(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

307642

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 03-06-2016

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Magnetic stirrers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales9 W, 12 Vdc  
from external Direct plug-in Power supply PHIHONG model PSAA20R-120  
Input: 0.5 A, 100-240 V~, 50-60 Hz, class II equipment.  
Output: 1.67 A, 12 VdcTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

F203A0178xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

The "xx" in model name is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61010-1(ed.2)  
IEC 61010-2-051(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

307642

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 03-06-2016

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Magnetic stirrers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales3.6 W, 12 Vdc  
from external Direct plug-in Power supply PHIHONG model PSAA20R-120  
Input: 0.5 A, 100-240 V~, 50-60 Hz, class II equipment.  
Output: 1.67 A, 12 VdcTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

F203A0177xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

The "xx" in model name is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61010-1(ed.2)  
IEC 61010-2-051(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

307642

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 03-06-2016

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Magnetic stirrers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales4.8 W, 12 Vdc  
from external Direct plug-in Power supply PHIHONG model PSAA20R-120  
Input: 0.5 A, 100-240 V~, 50-60 Hz, class II equipment.  
Output: 1.67 A, 12 VdcTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

F204A0168xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

The "xx" in model name is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61010-1(ed.2)  
IEC 61010-2-051(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

307642

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 03-06-2016

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Magnetic stirrers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales1.2 W, 12 Vdc  
from external Direct plug-in Power supply PHIHONG model PSAA20R-120  
Input: 0.5 A, 100-240 V~, 50-60 Hz, class II equipment.  
Output: 1.67 A, 12 VdcTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

F204A0167xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page

The "xx" in model name is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61010-1(ed.2)  
IEC 61010-2-051(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

307642

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 03-06-2016

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Magnetic stirrers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales6 W, 12 Vdc  
from external Direct plug-in Power supply PHIHONG model PSAA20R-120  
Input: 0.5 A, 100-240 V~, 50-60 Hz, class II equipment.  
Output: 1.67 A, 12 VdcTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

F206A0179xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

The "xx" in model name is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel.

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

 Additional information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 61010-1(ed.2)  
IEC 61010-2-051(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

307642

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 03-06-2016

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Magnetic stirrers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales1 W, 12 Vdc  
from external Direct plug-in Power supply PHIHONG model PSAA20R-120  
Input: 0.5 A, 100-240 V~, 50-60 Hz, class II equipment.  
Output: 1.67 A, 12 VdcTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

F203A0161xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

The "xx" in model name is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61010-1(ed.2)  
IEC 61010-2-051(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

307642

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 03-06-2016

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department



**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Magnetic stirrers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales0.6 W, 12 Vdc  
from external Direct plug-in Power supply PHIHONG model PSAA20R-120  
Input: 0.5 A, 100-240 V~, 50-60 Hz, class II equipment.  
Output: 1.67 A, 12 VdcTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

F203A0160xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page

The "xx" in model name is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61010-1(ed.2)  
IEC 61010-2-051(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

307642

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 03-06-2016

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Magnetic stirrers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales2.5 W, 12 Vdc  
from external Direct plug-in Power supply PHIHONG model PSAA20R-120  
Input: 0.5 A, 100-240 V~, 50-60 Hz, class II equipment.  
Output: 1.67 A, 12 VdcTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

F203A0450xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

The "xx" in model name is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61010-1(ed.2)  
IEC 61010-2-051(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

307642

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 03-06-2016

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Magnetic stirrers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.  
Via Stazione 16  
20865 Usmate  
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales0.6 W, 12 Vdc  
from external Direct plug-in Power supply PHIHONG model PSAA20R-120  
Input: 0.5 A, 100-240 V~, 50-60 Hz, class II equipment.  
Output: 1.67 A, 12 VdcTrademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

F203A0440xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

The "xx" in model name is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61010-1(ed.2)  
IEC 61010-2-051(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

307642

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 03-06-2016

Signature: Nastaran Vadoodi  
Certification Department